



201012340073



检测报告

(2022) 裕和 (水) 字第 (699)

任务单号 (WT20220930046)

委托单位
Inspected Unit

三大雅精细化学品 (南通) 有限公司

受检单位
Inspected Unit

三大雅精细化学品 (南通) 有限公司

检测类型
Detection Category

委托监测

江苏裕和检测技术有限公司

Jiangsu YUHE Testing Technology Co.,Ltd.

二零二二年十月

报告说明

- 一、对检测结果有异议的，应于收到报告之日起十日内向检测单位提出。
- 二、报告未加盖检验检测专用章、骑缝章无效，涂改、增删无效。
- 三、报告无编制、审核及授权签字人签名无效。
- 四、无 CMA 标志的报告仅用于科研、教学或企业内部质量控制活动使用，不具有社会证明作用。
- 五、由其他单位或个人采集送检的样品，本公司仅对送检样品的检测结果负责，委托方对送检样品及其相关信息的真实性负责。
- 六、除客户特别申明，本报告只适用于本次采集/收到的样品，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考，采样样品的检测结果只代表检测时污染物排放状况。
- 七、除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
- 八、未经本公司批准，不得部分复制报告内容。
- 九、未经本公司书面同意，该检验报告不得用于商业性宣传。




公司名称：江苏裕和检测技术有限公司
地址：南通市港闸区幸福路 688 号 2 号楼
邮政编码：226014
电话：0513-55073526
传真：0513-55073526
电子邮件：jsyh201906@126.com

受检单位	三大雅精细化学品 (南通) 有限公司		
受检单位地址	南通经济技术开发区新开南路 5 号		
联系人	刘松	联系电话	18651415890
采样日期	2022.10.18	采样人	刘强、张浩等
分析日期	2022.10.18-10.20	分析人	吉阳、魏鹏飞等
检测目的	了解该公司废水排放情况。		
检测内容	详见检测结果表		
备 注	检测依据、检测仪器、方法检出限详见附表 1。		
编制: <u>丁远</u> 审核: <u>陈沁沁</u> 签发: <u>陈沁沁</u>  检测机构 (报告专用章) 签发日期 <u>2022</u> 年 <u>10</u> 月 <u>30</u> 日			

表 1: 废水

检测点位	检测项目		检测结果				参照标准 限值
	名称	单位	第一次	第二次	第三次	平均值	
SDN 污水 总排放口 DW001 W1	石油类	mg/L	0.11	0.11	0.12	0.11	20
	总氰化物	mg/L	ND	ND	ND	ND	1.0
参照标准: 《污水综合排放标准》(GB 8978-1996) 表 4 中三级标准。							
注: “ND” 表示未检出, 即检测结果低于检出限。							

表 2: 检测点位示意图



*** 以下空白 ***

附表 1：检测依据、仪器信息及方法检出限

类别	检测项目	检测依据	检测仪器型号及编号	检出限
废水	石油类	水质 石油类和动植物类油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	红外测油仪 JLBG-121U/ JSYH-FX-0020	0.06mg/L
	总氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009	T6 紫外可见分光光度计 JSYH-FX-0016	0.004mg/L

附表 2：样品信息

样品类别	监测点位	样品状态
废水	SDN 污水总排放口 DW001 W1	微浑、无色、少量浮油、无气味

报告结束

